



Circolare n.112

Prot.n.497 del 09.05.2018

NOTA AIFA DI SICUREZZA INSULINE: RISCHIO DI ERRORI TERAPEUTICI

Federfarma informa che l'AIFA ha reso disponibile sul proprio sito, una comunicazione, datata 4 maggio 2018, riguardante il **“Rischio di errore terapeutico con il prelievo dell'insulina da cartucce e penne preriempite e conseguente disglycemia”** in aderenza alle raccomandazioni del PRAC (Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza) dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), che si allega per opportuna conoscenza (allegato n.1).

Con la suddetta comunicazione, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha inteso richiamare l'attenzione degli operatori sanitari e di pazienti diabetici sulle misure da adottare per ridurre il rischio di errori terapeutici associati all'estrazione di insulina con una siringa da cartucce e penne pre-riempite.

La nota, di cui si raccomanda la lettura, sottolinea che l'estrazione di insulina dalle cartucce e dalle penne comporta un rischio di errore di dosaggio per diversi motivi, dettagliatamente illustrati, che possono esporre a rischio la vita del paziente.

Vengono quindi riportate nella nota le azioni da intraprendere, da ricordare ai pazienti, in caso di malfunzionamento della penna.

Cordiali saluti.

Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli